

Corrección de temperatura en el areómetro Centesimal de Gay-Lussac.

Como las variaciones de temperatura influyen en el volúmen de los líquidos, y por consiguiente en su densidad, es menester hacer una corrección en los grados areométricos refiriéndolos á la temperatura de 15.º centígrados.

Para esto se disminuirá 0,4 por cada grado de temperatura que exceda de 15º, en el momento de observar los grados areométricos; y se aumentará 0,4 por cada grado de temperatura que falte para 15.º centígrados.

